

## **25(OH)D2/D3 UHPLC ANALİZ KİTİ, KONTROL, KALİBRATÖR, KOLON ŞARTNAMESİ**

- Kit en az 100 testlik olmalıdır.
- Laboratuvara kurulacak UHPLC cihazına uyumlu olmalıdır.
- Kitle birlikte yeterli miktarda uygun kolon, standart, internal standart, en az iki seviye kontrol, gerekli kimyasallar ve mobil fazlar verilmelidir.
- Kitle ilgili problem yaşandığında yenisi ile değiştirilmelidir.
- Verilecek kitin miadı uzun olmalıdır.