

ELDIVEN – NİTRİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Saf nitrilden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Ortalama kalınlığı 0.06 mm olmalıdır.
- 3) CE belgeli 1. Sınıf ürün kategorisinde olmalıdır.
- 4) Kimyasal çözücülere ve sitotoksik kalıntılara karşı güvenli koruma sağlamalıdır.

petri kutusu - P.S - 90 x 17 mm – 3 bölmeli gamma steril (1 PAKET = 360 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Petri kabı şeffaf polistiren malzemeden olmalıdır.
- 2) Boyutları 90 x 17 mm olmalıdır.
- 3) Petri kapları gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
- 4) 3 bölmeli olmalıdır.

petri kutusu - P.S - 90 x 17 mm – 4 bölmeli gamma steril (1 PAKET = 360 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Petri kabı şeffaf polistiren malzemeden olmalıdır.
- 2) Boyutları 90 x 17 mm olmalıdır.
- 3) Petri kapları gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
- 4) 4 bölmeli olmalıdır.