

Teknik Şartname

Fiberoptik Sıcaklık Sensörü için gerekli özellikler

- Ölçüm aralığı -40°C ile 250°C olmalıdır.
- Ölçüm hassasiyeti +/- 1 °C olmalıdır
- 100 mm uzunluğunda 1 mm çapında cam malzemeden yapılmış propların yüzeyinde 1.3 mm çapında poliyim it koruma olmalıdır
- Kablo kısmı, 2 metre uzunlukta ve 1 mm çapında 50 µm fiber den oluşmalıdır.
- ST bağlantı içermelidir.